

HeGo PolyForm
Auf der Insel 18
D-34388 Trendelburg
Phone: +49(0)5675-725 116
E-Mail:

Freitag, 6. März 2015
11:16:49

Ansprechpartner: Karl-Heinz Jess

**Analyse Wassergehalt
Water Content Analyzer**


Datum 15.03.06 Programmstart 10:20
Name des Prüfers HeGo PolyForm
Kommentar Test beim Kunden
Material POM/PU schlagzäh
Probengewicht in g 6,12
Dichte 1,34
Heiztemperatur 155
Messzeit 0 : 36 : 17
Lufttemperatur °C 20,2
rel. Luftfeuchte % 36,8
Luftdruck hPa 1015,7
Wassergehalt [%] 0,3571
Wassergehalt [ppm] 3571
Wassergehalt [mg] 21,85

Gerätestatus: 11615

Programm: 4.00i

Die Daten wurden gespeichert unter: C:\FMX\Datenprotokolle\FMX\Data\FMX150306-1020

H₂O im Reaktor



Heiztemperatur

